


LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5.4.1.5A Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 1 dari 2
UJI KADAR BAU PADA BISKUIT		

Disetujui oleh :  Kepala Seksi SS	Diajukan oleh :  Penyelia
--	--

LABORATORIUM BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG	INSTRUKSI KERJA	Nomor : IK-LAB-5.4.1.5A Revisi/ Edisi : 0/7 Tanggal Terbit : 01 April 2019 Halaman : 2 dari 2
UJI KADAR BAU PADA BISKUIT		

A. Prinsip

Pengamatan contoh uji dengan indera penciuman (hidung) yang dilakukan oleh panelis terlatih dan kompeten untuk pengujian organoleptik.

B. Cara kerja

1. Ambil contoh uji secukupnya, dan letakkan di atas gelas arloji yang bersih dan kering.
2. Cium contoh uji untuk mengetahui baunya.
3. Lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis atau 1 orang tenaga ahli.

C. Cara menyatakan hasil

1. Jika tidak tercium bau asing, maka hasil dinyatakan "normal".
2. Jika tercium bau asing, maka hasil dinyatakan "tidak normal".

D. Dokumen Acuan

SNI 2973: 2011

E. Dokumen Terkait

F- LAB-5. 4. 1. 0. 2 Rekaman Mutu Hasil Pengujian